
Regione





Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie **U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica** - Direttore: **Ing. Paolo Cassoli** Tel. 02 55038418

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 1585/2017 - all.

Milano, 01.12.2017

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI GUAINE COPRISONDA 15,20X147,00CM + GEL STERILE CIVCO 610-989 O EQUIVALENTE, PER 12 MESI – CIG: 729324502C.

CHIARIMENTO 1

Domanda: la presente per richiedere che percentuale di tolleranza verrà applicata sulle misure indicate nel capitolato.

Risposta: Si chiede di offrire il prodotto con le misure più vicine possibili a quelle richieste dalla lettera d'invito, dopo di che il prodotto verrà valutato mediante prova d'uso sulla relativa sonda.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

(Raolo Casseli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, appalti, logistica Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli





