



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Ingegneria Clinica - Direttore: **Ing. Paolo Cassoli**

Tel. 02 55038417

mail: ingegneriaclinica@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

Atti – all.

Milano, 18.04.2019

Consultazione preliminare di mercato finalizzata all'acquisizione di un Laser Chirurgico

La presente consultazione preliminare del mercato è finalizzata all'individuazione di operatori economici in grado di fornire apparecchiature che possiedano i requisiti minimi richiesti.

Come previsto dalle linee guida ANAC poste in consultazione dall'Autorità, la stazione appaltante recepisce le risultanze del procedimento di consultazione ai fini della predisposizione degli atti del procedimento selettivo e per il suo migliore svolgimento, evitando che l'apporto, comunque fornito, sia posto, senza propria elaborazione, a base del procedimento individuato. In modo particolare, la stazione appaltante elabora il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti posti dall'articolo 68 del Codice.

A tal fine, si specifica che gli operatori economici consultati tramite il presente avviso potranno avvalersi, nella dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di seguito specificati per l'apparecchiatura richiesta, di quanto previsto dall'articolo 68 del D. Lgs. 50/2016 in termini di equivalenza tecnica, purché nella propria documentazione dimostrino, con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che il prodotto proposto ottemperi in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'apparecchiatura oggetto della consultazione è destinata all'UOC Otorinolaringoiatria, a cui afferiscono sia pazienti adulti che pazienti pediatrici, e dovrà essere indicata per l'esecuzione di interventi per patologia laringea e tracheale, sia in microlaringoscopia endoscopica che a cielo aperto.

L'apparecchiatura oggetto della presente indagine deve consentire di ridurre al minimo la carbonizzazione del tessuto bersaglio e di minimizzare i danni alle zone circostanti, garantendo così una più accurata analisi da parte dell'anatomopatologo, una migliore valutazione della possibile estensione ai margini e una riduzione dei tempi di guarigione e dei tempi di ricovero.

Il laser chirurgico in questione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Emissione esclusivamente a CO₂ (lunghezza d'onda 10600mm), con tubo eccitato a RF



- Erogazione sia tramite micromanipolatore che tramite fibra flessibile (per chirurgia endoscopica e open)
- Possibilità di interfaccia con scanner chirurgico per uso su microscopio operatorio
- Potenza massima non inferiore a 60W
- Modalità di emissione continua e ultrapulsata con durata degli impulsi fino a 0.002 sec
- Possibilità di commutazione dall'emissione tramite micromanipolatore a quella tramite fibra e viceversa senza necessità di intervento da parte di personale tecnico specializzato e/o senza l'ausilio di attrezzi

Al fine di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti dovrà essere allegata esaustiva documentazione tecnica (schede tecniche, relazione illustrativa, documentazione scientifica, dichiarazioni di conformità,...) che ne attesti il possesso.

È possibile presentare la propria proposta tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove la procedura è presente con il seguente titolo ***"Consultazione preliminare di mercato finalizzata all'acquisizione di un Laser Chirurgico"*** oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: ingegneriaclinica@pec.policlinico.mi.it

Detta proposta dovrà indicare tutto quanto necessario all'individuazione del sistema oggetto ed il dettaglio del costo medio di fornitura,

Si precisa che come "costo medio di fornitura" **non deve** intendersi il prezzo di listino, bensì la quotazione media offerta alle strutture ospedaliere. La quotazione economica presentata è valida unicamente al solo fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS.

Quanto sopra dovrà pervenire entro le **ore 11.00** del giorno **8.05.2019**

Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

Dopo tale verifica, l'U.O.C. Ingegneria Clinica potrà meglio definire quale tipo di procedura adottare.

Per informazioni:

- di carattere amministrativo – scrivere a ingegneriaclinica@policlinico.mi.it;
- per l'utilizzo della piattaforma SinTel - numero verde ☎ n. 800 116 738.

