



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

21 MAG. 2019

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Gianpaolo Valente
Tel. 02 55035925

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 651/2019 - all. 28

Milano, 20 maggio 2019

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI CLIP EMOSTATICHE IN MATERIALE PLASTICO NON RIASSORBIBILE, A CHIUSURA ERMETICA, PER LEGATURA VASI, VARIE MISURE, COMPRENSIVA DI APPLICATORI POLIUSO DA FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ALL'ASST LODI, ALL'ASST FATEBENEFRADELLI SACCO, ALL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, PER 48 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 48 MESI

CHIARIMENTO 1

Domanda 1: Buongiorno, si potrebbe gentilmente avere un'indicazione di codice articolo di riferimento "tipo" relativo alle clips e agli applicatori?

Risposta 1: Si riportano qui di seguito i codici di riferimento "tipo" relativi alle clips:

CLICK 'N'V GREENA REF. 0301-03M

CLICK 'N'V GREENA REF. 0301-10M/L

CLICK 'N'V GREENA REF. 0301-10L

CLICK 'N'V GREENA REF. 0301-10XL

I codici sopra riportati si devono intendere come indicativi pertanto potranno essere proposti anche prodotti "equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del D.lgs. n. 50/2016.

Domanda 2: In riferimento al Capitolato d'appalto speciale per la procedura aperta Sintel 110565524 riguardante le clip emostatiche ... si vuole far notare che le clips ... presentano 3 misure ML -L -XL, assicurando come da certificato CE e scheda tecnica la legatura di vasi nel range da voi indicato. Poiché la caratteristica tecnica delle clip è quella della legatura dei vasi, vi chiediamo di applicare il principio di equivalenza come da ALLEGATO X presente nella ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI

Risposta 2: Si conferma quanto previsto dalla regola di gara, fatto salvo l'applicazione del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici che volessero avvalersi di tale principio dovranno dimostrare, all'interno della propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del D.lgs. n. 50/2016, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Gianpaolo Valente)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Gianpaolo Valente
Pratica trattata da: Sig.ra Maria Colombo / Sig.ra Monica Varisco

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO