



26 LUG. 2019

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie  
**U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica** - Direttore: **Ing. Gianpaolo Valente**  
Tel. 02 55035925  
mail: [acquisti@policlinico.mi.it](mailto:acquisti@policlinico.mi.it) | [pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it](mailto:approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it)

Atti 1277/2019 - all. 14)

Milano, 26 luglio 2019

**Manifestazione d'interesse per la fornitura di container per sterilizzazione occorrenti ai vari blocchi operatori della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

**CHIARIMENTO 2**

**Domanda 1:** Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti:

- è obbligatorio presentare offerta per tutte le voci indicate o è possibile presentare offerta parziale?
- chiedete la quotazione di sottocoperchio e sovracoperchio per tutti i riferimenti: i container di ns. commercializzazione hanno un sistema di copertura brevettato che prevede un unico coperchio. Chiediamo se sia possibile proporre questa soluzione che si differenzia rispetto al sistema classico di copri-container;

**Risposta 1:**

- Si conferma che è necessario presentare offerta per tutte le voci indicate nella lettera d'invito;
- Nel caso si volessero proporre dispositivi equivalenti rispetto a quelli richiesti, dovrà essere allegata documentazione idonea a dimostrare tale equivalenza.

**Domanda 2:** Buongiorno, nella prima pagina del capitolato, il 5<sup>a</sup> codice riporta il rif. JK442 con misure 592x274x157. Il codice JK442 da catalogo Aresculap riporta la misura 592x274x135. Dobbiamo tenere in considerazione il codice o la misura? (Il codice JK442 viene riportato anche alla 10<sup>a</sup> riga del Vs. capitolato).

**Risposta 2:** Si precisa che per la posizione 5 e la posizione 10 le misure esterne sono: 592x285x157.

**Domanda 3:** Buongiorno, in capitolato non viene indicato il tipo di coperchio di cui necessitate es. con filtro intercambiabile oppure perenne.

**Risposta 3:** E' richiesto un filtro monouso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA  
(Gianpaolo Valente)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, appalti, Logistica  
Responsabile del procedimento: Ing. Gianpaolo Valente  
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo / Sig.ra Monica Varisco