



24 OTT. 2019

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Gianpaolo Valente
Tel. 02 55038302
mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti **ALS**/2019 – all. 3

Milano, 23.10.2019

INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE EVENTUALI OPERATORI ECONOMICI IN GRADO DI FORNIRE DISPOSITIVI MEDICI DA UTILIZZARE NELLA PREPARAZIONE DI COLLIRIO DA SIERO AUTOLOGO

Spett. le ditta,

la Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" ha la necessità di procedere all'affidamento dei contratti di fornitura dei prodotti indicati in oggetto.

A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato per valutare se sul mercato l'esistenza di operatori economici in grado di fornire prodotti conformi alle specifiche tecniche di seguito indicate.

Per la produzione di collirio da siero autologo occorrono, come indicato nel D.M. 02.11.2015 allegato X, dispositivi medici sterili autorizzati "per l'uso specifico secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (classe IIa o superiore)" in grado di ottenere "per ciascun prelievo ... aliquote di volume massimo di 1,5 ml".

Nel dettaglio, i prodotti devono presentare le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Garantire la sterilità del processo in modo da evitare o ridurre al minimo le fasi di preparazioni a circuito aperto;
- Permettere il prelievo di massimo 200 ml di sangue intero senza anticoagulante;
- Essere dotato di ago per il prelievo e sistema per il prelievo di sangue per le provette legate alla donazione;
- Poter essere sottoposto a centrifugazione;
- Essere dotati di filtri;
- Permettere il travaso del siero in una sacca di raccolta preferibilmente collegata alla sacca di raccolta;
- Essere dotati di sistema per aggiunta di soluzione diluente in completa sterilità;
- Essere dotato direttamente e/o di avere un dispositivo idoneo per la connessione ad un ulteriore sistema medico sterile per l'aliquotazione in flaconcini monodose di volume massimo di 1,5 ml;
- Essere in grado di resistere a temperature di -80°C.

Per maggiore chiarezza si indicano di seguito i dispositivi attualmente in uso presso la Fondazione IRCCS e i fabbisogni annui presunti:

PRODOTTI	FABBISOGNO ANNUO
Dispositivo per il trasferimento e la preparazione di emocompenti tipo Eye Drop Bag cod. YDBG150 ditta Biomed o equivalente - CND B0599 - RDM 1197412	1.080
Dispositivo che consente la preparazione in aliquote di collirio in vials monodose tipo cod. COL20 ditta Biomed o equivalente - CND B0599 - RDM 1274261	3.240



È possibile presentare la propria proposta **TECNICA** tramite il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SinTel), accessibile dall'indirizzo www.ariaspa.it.

Tale proposta dovrà comprendere:

- Relazione tecnica dettagliata che illustri dettagliatamente e sequenzialmente quanto sopra richiesto;
- Depliant illustrativo e schede tecniche dettagliate del materiale e delle strumentazioni proposte;
- Istruzioni d'uso;
- Certificazioni CE;
- CND e numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia;
- il dettaglio dei costi medi di fornitura del materiale proposto.

Si precisa che come "costo medio di fornitura" **non deve** intendersi il prezzo di listino, bensì la quotazione media offerta alle strutture ospedaliere. La quotazione economica presentata è valida unicamente al solo fine di indagine di mercato e pertanto non è impegnativa e vincolante per questa Fondazione IRCCS. Quanto sopra dovrà pervenire entro le **ore 14.00** del giorno **06.11.2019**.

All'esito dell'indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola.

N.B. La piattaforma telematica SinTel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico; si precisa che nel relativo campo dovrà essere un valore simbolico (ad esempio € 0,1). La cifra non verrà in ogni caso tenuta in considerazione.

Il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Gianpaolo Valente)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Gianpaolo Valente
Pratica trattata da: Marzia Colombo

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO